

Syrian Arab Republic

Damascus University

Al Assad university Hospital

-FAX:2125860 –P.o.Box:10769TEL:2126500



الجمهورية العربية السورية

جامعة دمشق

مستشفى الأسد الجامعي

هـ: ٢١٢٦٥٠٠٠ - فاكس: ٢١٢٥٨٦٠ - ص.ب: ١٠٧٦٩

الرقم: /ص.خ

التاريخ:

إعلان طلب عروض - داخلي -

/ للمرة الثالثة /

تعلن مستشفى الأسد الجامعي بدمشق للمرة الثانية عن رغبتها بطلب عروض أسعار لتوريد مواد استهلاكية مشتركة لكافة أقسام المستشفى لزوم مستودع المواد الطبية .

وفقاً للمواصفات الفنية ودفاتر الشروط المالية والحقوقية المنظمين لهذه الغاية وفقاً لما يلي:

- التأمينات الأولية : محددة وفقاً لما هو منصوص عليه في دفتر الشروط الحقوقية .

- التأمينات النهائية : ١٠ % من قيمة العقد .

- مدة تنفيذ التعاقد : حددت مدة التنفيذ ب / عام ميلادي / اعتباراً من تاريخ إعطاء المتعهد أمر المباشرة بكتاب خطي صادر عن الإدارة ويتم تسليم المواد على دفعة واحدة أو دفعات وذلك خلال ثلاثون يوماً من تاريخ طلبها بموجب كتاب رسمي من قبل الإدارة .

- يجوز تقديم العرض بالقطع الأجنبي على أن يتم التسديد باليرة السورية حصراً بتاريخ الاستحقاق (اليوم التالي لتاريخ صدور محضر الاستلام المؤقت) شرط أن تكون المواد مستوردة خلال مدة تنفيذ العقد .

- مدة ارتباط العارض بعرضه: يبقى العارض مرتبطاً بعرضه مدة / ثلاثة أشهر / يوماً من اليوم التالي لانتهاج موعد تقديم العروض .

يمكن الاطلاع والحصول على دفتر الشروط من دائرة العقود لدى مستشفى الأسد الجامعي بدمشق بعد تسديد قيمته البالغة / ٤٠٠٠ / ل.س أربعة آلاف ليرة .

تقدم العروض إلى ديوان مستشفى الأسد الجامعي بدمشق خلال مدة أقصاها نهاية الدوام الرسمي من يوم الأربعاء الواقع في ٥/٨/٢٠٢٠ .

المدير العام

لمستشفى الأسد الجامعي بدمشق

الأستاذ الدكتور حسين المحمد

دفتر الشروط الفنية الخاصة بتأمين مواد استهلاكية مشتركة لكافة أقسام المستشفى لزوم مستودع المواد الطبية

يحتاج مستشفى الأسد الجامعي بدمشق لتأمين مواد استهلاكية مشتركة لكافة أقسام المستشفى لزوم مستودع المواد الطبية وفق الشروط الفنية التالية :

الرقم	اسم المادة	القياس	الكمية	الوحدة
١	أقنعة أوكسجين للكبار مع وصلة وحيد الاستعمال قناع الأوكسجين Oxygen Musk -مصنوعة من مواد غير سامة وعالية النقاوة. -القناع مزود بملقط أنفي يناسب كل الوجوه -القناع مزود بحواف ناعمة تؤمن راحة المريض وتخفف من آثار الاحتكاك. -القناع مزود بمطاطة ذات طول وسماكة كافية تسمح بتثبيتته على وجه المريض. -القناع متوفر بمقاسات مختلفة حسب الطلب. القناع شفاف ومزود بفتحات جانبية ملائمة ومعقم. -الأنبوب مقاوم بشكل كافي يسمح بتدفق الأوكسجين بانسيابية كاملة. -الأنبوب متوفر بأطوال حسب الرغبة. -نخاية الأنبوب قابلة للتركيب على مصدر الأوكسجين المتاح (اسطوانة الأوكسجين - منبع جداري -اللون متوفر حسب الرغبة -ذات رائحة مقبولة -يقوم العارض بتقديم كمية مناسبة من نماذج المواد المقدمة ليصار إلى تجريبها من قبل اللجنة الدارسة تقوم اللجنة بالاحتفاظ بكمية مناسبة من هذه المواد لتسلم إلى لجنة استلام المواد لمقارنتها مع المواد المسلمة لاحقاً -يقدم العارض شهادات الجودة المتعارف عليها عالمياً وما يثبت استخدام المواد المقدمة في مشافي سورية أو بلد المنشأ -أن لا تقل فعالية المواد الموردة عن ثلاث أرباع مدة فعاليتها الكاملة تبدأ من تاريخ وصولها إلى مستودعات المستشفى أصولاً وهي ثلاث سنوات	—	٢٠٠٠	قناع
٢	أكياس جمع بول عالي الجودة مع تغليف منفصل لكل كيس على حدة - مصنوع من مواد عالية الجودة كيس جمع البول Disposaple urine Bag -مصنوع من مواد عالية الجودة مطابقة للمعايير الطبية -شفاف ومدرج للدلالة على الكمية -معقم وكل قطعة مغلفة ضمن غلاف واحد -مزود بأنبوب غير قابل للثني وبنهايته وصلة متوافقة للتركيب على القناطر البولية - كذلك وأجهزة نقل السيروم بحيث لا تسمح بأي تسريب مهما كان -مزودة بصمام دفع جذب عالي الجودة وغير قابل للعطب بالاستخدام المتكرر أو التسريب -سعة الكيس حسب ما هو متعارف عليه عالمياً ٢ ليتر -أن يكون اسم الشركة مدون على الغلاف الخارجي أو الكيس أو الاثنتين معاً حسب الرغبة	—	٣٥٠٠٠	كيس

			<p>-الكيس مزود بصمام عدم رجوع</p> <p>-يقوم العارض بتقديم كمية مناسبة من نماذج المواد المقدمة ليصار إلى تجريبها من قبل اللجنة الدارسة</p> <p>تقوم اللجنة بالاحتفاظ بكمية مناسبة من هذه المواد لتسلم إلى لجنة استلام المواد لمقارنتها مع المواد المسلمة لاحقاً</p> <p>-يقدم العارض شهادات الجودة المتعارف عليها عالمياً وما يثبت استخدام المواد المقدمة في مشافي سورية أو بلد المنشأ</p> <p>-أن لا تقل فعالية المواد الموردّة عن ثلاث أرباع مدة فعاليتها الكاملة تبدأ من تاريخ وصولها إلى مستودعات المستشفى أصولاً .</p>
ميزان	٢٥٠٠٠	—	<p>٣ موازين حرارة زئبقية</p> <p>-مصنوع من الزجاج</p> <p>-شفاف</p> <p>-مرقم</p> <p>-سهل القراءة</p> <p>-يحتوي مادة الزئبق</p>
ماسورة	١٥٠٠	—	<p>٤ جيل تخطيط قلب ECG</p> <p>-كريم منحل بالماء يستعمل في المجال الطبي</p> <p>-للاستعمال الخارجي (على الجلد) فقط</p> <p>-له قدرة عالية على نقل موجات التخطيط الكهربائي للقلب من المريض إلى جهاز التخطيط</p> <p>-لا يحوي على الملح</p> <p>-لا يحدث تحسس أو تحريش للجلد</p> <p>-يوافق معايير السلامة والاختبارات الجلدية العالمية</p> <p>-جودة عالية جداً</p> <p>-معبأ بعبوة بلاستيكية قابلة للضغط بأحجام صغيرة - يكتب على العبوة اسم ومواصفات ووزن المادة وتاريخ انتهاء الصلاحية</p> <p>-يحدد العارض نوع المادة ومواصفاتها وجودتها مدعوماً بوثائق وشهادات الجودة المناسبة (باللغة العربية أو الانكليزية حصراً) في عرضه الفني المقدم</p> <p>-يحدد العارض أي ميزات إضافية متوفرة في عرضه</p> <p>-يشترط أن يكون للمادة تاريخ صلاحية فعال لمدة سنتين على الأقل ابتداءً من تاريخ تسليم المواد للمستودعات في المشفى</p> <p>-يشترط تقديم نماذج أصلية كافية من المواد المقدمة ليصار إلى تجربتها (بشكلها الأصلي مع التغليف) بشكل عملي من قبل اللجنة الفنية الدارسة للعروض وسيتم الاحتفاظ بجزء من النماذج ليتم تسليمها لاحقاً إلى لجنة استلام المواد للمقارنة</p>
ماسورة	٦٠٠	—	<p>٥ جيل كيواي</p> <p>-مادة مزلفة مصنوعة خصيصاً للاستعمال في المجال الطبي</p> <p>-يستعمل لتسهيل إدخال بعض القشاطر مثل القثطرة البولية</p> <p>-منحل بالماء</p>

			<p>- لا يترك تصبغات</p> <p>- لا يحدث تخريشاً للجلد أو الأغشية المخاطية أو الأنسجة الحية</p> <p>- لا يؤدي أو يكشط الأدوات الجراحية أو المطاط أو البلاستيك</p> <p>- معبأة بعبوة قابلة للضغط أو الحقن ومكتوب عليها اسم المادة وصفاتها ووزنها وتاريخ انتهاء الصلاحية</p> <p>- يحدد العارض أي ميزات إضافية متوفرة في عرضه</p> <p>- يشترط أن يكون للمادة تاريخ صلاحية فعال لمدة سنتين على الأقل ابتداءً من تاريخ تسليم المواد للمستودعات في المشفى</p> <p>- يشترط تقديم نماذج أصلية كافية من المواد المقدمة ليصار إلى تجربتها (بشكلها الأصلي مع التغليف) بشكل عملي من قبل اللجنة الفنية الدارسة للعروض وسيتم الاحتفاظ بجزء من النماذج ليتم تسليمها لاحقاً إلى لجنة استلام المواد للمقارنة</p>
حنفية	٢٥٠٠٠	—	<p>٦ حنفية ثلاثية 3 Wyag Stop Cuck</p> <p>- جسم الحنفية مصنوع من مواد عالية الجودة وشفاف لرؤية التدفق</p> <p>- جسم الحنفية متناسق يسمح بتدفق أعظمي دون تشكل دوامات أو فقاعات هوائية</p> <p>- جميع الفتحات تعمل بالبرم لزيادة التثبيت على الأجهزة الأخرى</p> <p>- جميع الفتحات مزودة بغطاء محكم</p> <p>- أن يكون أسم الشركة مدون على الغلاف الخارجي</p> <p>- درجة العقامة ١٠٠%</p> <p>- يقوم العارض بتقديم كمية مناسبة من نماذج المواد المقدمة ليصار إلى تجربتها من قبل اللجنة الدارسة تقوم اللجنة بالاحتفاظ بكمية مناسبة من هذه المواد لتسلم إلى لجنة استلام المواد لمقارنتها مع المواد المسلمة لاحقاً</p> <p>- يقدم العارض شهادات الجودة المتعارف عليها عالمياً وما يثبت استخدام المواد المقدمة في مشافي سورية أو بلد المنشأ</p> <p>- أن لا تقل فعالية المواد المورددة عن ثلاث أرباع مدة فعاليتها الكاملة تبدأ من تاريخ وصولها إلى مستودعات المستشفى أصولاً .</p>
علبة	٣٢٥	—	<p>٧ خوافض لسان خشبية (العلبة تحوي على ١٠٠ قطعة)</p> <p>- قطعة خشبية مصنوعة للاستعمال في المجال الطبي على شكل مستطيل رقيق السماكة بطول ١٥ سم وعرض من ١ - ١.٥ سم وذو حواف بيضوية كليلة وغير جارحة</p> <p>- تستعمل لخفض اللسان عند فحص الفم</p> <p>- ملساء جداً وناعمة وليس بها أي نتوءات</p> <p>- لا تحدث أي تخريش أو جرح أو سمية للفم أو اللسان</p> <p>- ذات قوام وصلابة جيدة ولا تكسر بسهولة</p> <p>- نظيفة وليس بها شوائب - وحيدة الاستعمال</p> <p>- جودة عالية جداً</p> <p>- معلبة ضمن علبة كرتونية - بحيث تحوي العلبة على ٥٠ - ١٠٠ خافض لسان ويكتب على العلبة اسم المادة وعددها وموصفاها</p>

			<p>- يحدد العارض أي ميزات إضافية متوفرة في عرضه</p> <p>- يشترط أن يكون للمادة تاريخ صلاحية فعال لمدة سنتين على الأقل ابتداءً من تاريخ تسليم المواد للمستودعات في المشفى</p> <p>- يشترط تقديم نماذج أصلية كافية من المواد المقدمة ليصار إلى تجربتها (بشكلها الأصلي مع التغليف) بشكل عملي من قبل اللجنة الفنية الدارسة للعروض وسيتم الاحتفاظ بجزء من النماذج ليتم تسليمها لاحقاً إلى لجنة استلام المواد للمقارنة</p>
سيرنغ	١٥٠٠٠٠	١ مل	<p>٨ سيرنغ الأنسولين Insulin Syringe</p> <p>- الإبرة متحركة ومزودة بغطاء</p> <p>- الإبرة دقيقة جداً وناعمة الملمس وخالية من النتوءات أو الزوائد المجهرية</p> <p>- درجة ميلان رأس الإبرة ملائمة لتأمين وخز لطيف</p> <p>- السيرنغ مدرج بشكل واضح وغير قابل للإزالة</p> <p>- السيرنغ عالي الشفافية مزود بقبضة لسهولة الإمساك</p> <p>- المكبس ذو سطح منبسط يسمح بمعرفة الكمية المعطاة بدقة</p> <p>- المكبس من البلاستيك الحراري المرن يسمح بأقل درجة ممكنة من الاحتكاك أثناء الحركة</p> <p>- نهاية المكبس مثبتة عليه بشكل جيد وغير قابلة للانفكاك حتى مع الاستخدام المتكرر</p> <p>- نهاية المكبس لا تسمح بالتسريب أو التدفق العكسي</p> <p>- السيرنغ متوفر بالسعات المتعارف عليها</p> <p>- أن يكون اسم الشركة مدون على السيرنغ أو الغلاف أو الاثني معاً. الشكل واضح حسب الطلب</p> <p>- درجة العقامة ١٠٠% وكل سيرنغ مغلف على حدا</p> <p>- يقوم العارض بتقديم كمية مناسبة من نماذج المواد المقدمة ليصار إلى تجربتها من قبل اللجنة الدارسة تقوم اللجنة بالاحتفاظ بكمية مناسبة من هذه المواد لتسلم إلى لجنة استلام المواد لمقارنتها مع المواد المسلمة لاحقاً</p> <p>- يقدم العارض شهادات الجودة المتعارف عليها عالمياً وما يثبت استخدام المواد المقدمة في مشافي سورية أو بلد المنشأ.</p> <p>- أن لا تقل فعالية المواد الموردّة عن ثلاث أرباع مدة فعاليتها الكاملة تبدأ من تاريخ وصولها إلى مستودعات المستشفى أصولاً .</p>
سيرنغ	١٥٠٠٠٠	٢٠ مل	٩ سيرنغ مع إبرة استخدام وحيد :
سيرنغ	٣٠٠٠٠٠	٣ مل	١٠ - كل سيرنغ مزود بإبرة تثبت بطريقة الشك أو البرم حسب الطلب والإبرة مزودة بغطاء
سيرنغ	٢٠٠٠٠	١٠ مل	١١ - الإبرة ناعمة الملمس وخالية من النتوءات أو الزوائد المجهرية
سيرنغ	٢٠٠٠٠	٥ مل	١٢ - درجة ميلان رأس الإبرة ملائمة لتأمين وخز لطيف

			<p>-السيرنغ مدرج بشكل واضح وغير قابل للإزالة -السيرنغ عالي الشفافية ومزود بقبضة لسهولة الإمساك -المكبس من البلاستيك الحراري المرن يسمح بأقل درجة ممكنة من الاحتكاك أثناء الحركة -تخاية المكبس مثبتة عليه بشكل جيد وغير قابلة للانفكاك حتى مع الاستخدام المتكرر -تخاية المكبس لا تسمح بالتسريب أو التدفق العكسي وتضمن توفر ضغط ايجابي كافي لحقن المواد السائلة. -أن يكون اسم الشركة مدون على السيرنغ أو الغلاف أو الاثني معاً بشكل واضح حسب الطلب -السيرنغ بكامل أجزائه مصنوع من مواد عالية الجودة ولا تتفاعل مع المواد الدوائية بمختلف تركيبها ويقدم العارض ما يثبت فعالية وسلامة الطرق المتبعة بالتعقيم وعدم تأثيرها على مختلف أجزاء السيرنغ. -تخاية السيرنغ مزودة بحافة بلاستيكية بنهايته من الداخل تمنع خروج المدحم خلال سحبه للنهاية -أن تكون هذه المخاقن معقمة بطريقة مناسبة مثبتة عالمياً تضمن التعقيم التام ويقدم العارض ما يثبت فعالية وسلامة الطرق المتبعة بالتعقيم يغلف المحقن والرأس ضمن غلاف مناسب من البلاستيك أو من الورق المبطن بالبلاستيك والذي يمنع من تأثر عقامة المحقن بالرطوبة أو السوائل ويدون على الغلاف قياس المحقن وطول الإبرة إضافة لتاريخ الصنع والانتهاء والصلاحية. -يقوم العارض بتقديم كمية مناسبة من نماذج المواد المقدمة ليصار إلى تجريبها من قبل اللجنة الدارسة تقوم اللجنة بالاحتفاظ بكمية مناسبة من هذه المواد لتسلم إلى لجنة استلام المواد لمقارنتها مع المواد المسلمة لاحقاً -يقدم العارض شهادات الجودة المتعارف عليها عالمياً وما يثبت استخدام المواد المقدمة في مشافي سورية أو بلد المنشأ -أن لا تقل فعالية المواد الموردة عن ثلاث أرباع مدة فعاليتها الكاملة تبدأ من تاريخ وصولها إلى مستودعات المستشفى أصولاً</p>	
سيرنغ	١٧٠٠٠	٥٠ مل	<p>سيرنغ التغذية -السيرنغ عالي الشفافية ومزود بقبضة لسهولة الإمساك -السيرنغ مزود بتدرجات سهلة القراءة وغير قابلة للإزالة -المكبس مصنوع من مواد تسمح بأقل درجة ممكنة من الاحتكاك -تخاية المكبس مثبتة عليه بشكل جيد وغير قابلة للانفكاك حتى مع الاستخدام المتكرر -تخاية المكبس و تسمح بالتسريب أو التدفق العكسي -رأس السيرنغ بطول كاف ومتوافق مع الأنابيب الأنفية المعدية وغيرها -السيرنغ يتحمل حرارة سوائل التغذية -يقوم العارض بتقديم كمية مناسبة من نماذج المواد المقدمة ليصار إلى تجريبها من قبل اللجنة الدارسة تقوم اللجنة بالاحتفاظ بكمية مناسبة من هذه المواد لتسلم إلى لجنة استلام المواد لمقارنتها مع المواد المسلمة لاحقاً -يقدم العارض شهادات الجودة المتعارف عليها عالمياً وما يثبت استخدام المواد المقدمة في مشافي سورية أو بلد المنشأ -أن لا تقل فعالية المواد الموردة عن ثلاث أرباع مدة فعاليتها الكاملة تبدأ من تاريخ وصولها إلى مستودعات المستشفى أصولاً .</p>	١٣

سدادة	٢٠٠٠٠	—	<p>سدادة قنطرة وريدية مع جلدة للحقن</p> <p>١٤</p> <p>-على العارض تقديم كتالوجات و نماذج مدون عليها كافة المواصفات و القياسات والمعلومات الخاصة ببلد المنشأ و لشركة الصانعة وتسليم المواد وفق الكتالوجات والنماذج المرفقة</p> <p>-أن تكون المواد المقدمة محققة لأحد المعايير العالمية و حاصلة على شهادات جودة عالمية الـ FDA أو TUV و أن يقدم العارض هذه الوثائق مفصلة بأرقام الكودات و محتومة من وزارة الصحة ببلد المنشأ و التي تثبت بأن المواد المعروضة تستخدم ببلد المنشأ.</p> <p>-يحق للمنتجات الوطنية أن تقدم شهادات جودة ISO أو ما يعادلها.</p> <p>-أن تكون المواد المقدمة معقمة و مذكور عليها طريقة التعقيم.</p> <p>-أن تكون المواد المقدمة مغلقة بشكل جيد و مذكور على الغلاف و بشكل صريح اسم المنتج و الشركة الصانعة وتاريخ انتهاء الصلاحية.</p> <p>-أن لا تقل فعالية المواد المورددة عن ثلاث أرباع مدة فعاليتها الكاملة تبدأ من تاريخ وصولها إلى مستودعات المستشفى أصولاً .</p>
عدادة	١٠٠٠٠	—	<p>عدادات سيروم</p> <p>١٥</p> <p>-أداة بلاستيكية صغيرة (عدادة) يدوية لتحديد سرعة مرور السوائل عبر جهاز نقل السيروم خلال زمن معين</p> <p>-تبرمج العدادة يدوياً ولا تحتاج إلى كهرباء</p> <p>-سهلة التحريك والبرمجة ولا تكسر بسهولة</p> <p>-ذات دقة عالية</p> <p>-يتراوح مجال انتقاء كمية السوائل المسرية من ٥ مل / سا إلى ٢٠٠ مل / سا</p> <p>-يمكن أن تعمل بنظام مفتوح كامل حسب الرغبة</p> <p>-أنابيب الوصل الخاصة بها ذات نوعية جيدة جداً</p> <p>-جودة عالية جداً</p> <p>-وحيدة الاستعمال</p> <p>-يحدد العارض أي ميزة إضافية متوفرة في عرضه يشترط أن يكون للمادة تاريخ صلاحية فعال لمدة سنتين على الأقل ابتداءً من تاريخ تسليم المواد للمستودعات في المشفى</p> <p>-يشترط تقديم نماذج أصلية كافية من المواد المقدمة ليصار إلى تجربتها (بشكلها الأصلي مع التغليف) بشكل عملي من قبل اللجنة الفنية الدارسة للعروض وسيتم الاحتفاظ بجزء من النماذج ليتم تسليمها لاحقاً إلى لجنة استلام المواد للمقارنة</p>
قنطرة	٦٠٠٠٠	٢٠ زهر	<p>١٦</p> <p>-قنطرة وريدية محيطية مع فتحة جانبية</p>
قنطرة	٤٥٠٠٠	٢٢ أزرق	<p>١٧</p> <p>-القسم البلاستيكي مزود يحتاج للتثبيت وفتحة جانبية للحقن المباشرة مع سدادة</p>
قنطرة	٦٠٠٠	١٦	<p>١٨</p> <p>-القسم البلاستيكي شفاف .</p> <p>-القسم البلاستيكي مرن وغير قابل للكسر .</p> <p>-حواف القسم البلاستيكي تتناسب مع الإبرة المعدنية .</p> <p>-طول القسم البلاستيكي حسب ما هو متعارف عليه عالمياً .</p> <p>-مصنوعة من مواد عالية الجودة غير محسنة ولا تتفاعل مع المواد الدوائية .</p> <p>-القسم المعدني قاطع ومشطوف لسهولة الدخول .</p>

			<p>- كل مجموعة مغلقة على حدا ومعقمة ومدون عليها تاريخ الصنع والصلاحية وبلد المنشأ واسم الشركة</p> <p>- يقوم المعارض بتقديم كمية مناسبة من نماذج المواد المقدمة ليصار إلى تجريبها من قبل اللجنة</p> <p>الدارسة تقوم اللجنة بالاحتفاظ بكمية مناسبة من هذه المواد لتسلم إلى لجنة استلام المواد لمقارنتها مع المواد المسلمة لاحقاً</p> <p>- يقدم المعارض شهادات الجودة المتعارف عليها عالمياً وما يثبت استخدام المواد المقدمة في مشافي سورية أو بلد المنشأ.</p> <p>- أن لا تقل فعالية المواد الموردة عن ثلاث أرباع مدة فعاليتها الكاملة تبدأ من تاريخ وصولها إلى مستودعات المستشفى أصولاً .</p>
علبة	١٥٠	—	<p>١٩ ضماد قثطرة وريديّة العلبه تحوي ٥٠ قثطرة</p> <p>ذات جودة عالية - ذو لصوقية وقدرة تثبيت عالية - مقاوم للماء - غير مخرش للجلد - لا يسبب التحسس - ذو فتحة خاصة ومناسبة للقثطرة الوريدية - معقمة ومغلقة كل واحدة على حدا .</p>
متر	١٥٠٠	—	<p>٢٠ كارونة مطاط : متينة ومرنة - ذو سطح أملس ناعم.</p>
كركر	٢٥٠٠٠	٥ سم عرض ١٠ م طول	<p>٢١ بلاستر حرير</p> <p>- شريط لاصق طبي مصنوع من الحرير .</p> <p>- لا يسبب تحسس أو تحريش أو سمية للجلد .</p>
كركر	١٠٠٠٠	٧ سم عرض ١٠ م طول	<p>٢٢ - سهل القطع واللصق حيث الحافة المحززة تتيح القطع بسهولة حسب الطول المطلوب ويمكن القطع من الحافتين</p> <p>- متين وذو جودة عالية للصلق يلتصق جيداً على الجلد الحاف ومقاوم للماء .</p> <p>- لا يؤدي إلى بقاء أية مخلفات أو آثار على الجلد بعد إزالتها .</p> <p>- يوجد في العلبه ورقة فوق وتحت الكرات وذلك لمنع نفوذ الرطوبة داخل العلبه .</p> <p>- مناسب للاستعمال للكبار والصغار .</p> <p>مغلف بعلبة خاصة مكتوب عليها اسم المادة ومواصفاتها والقياس والعدد .</p> <p>يشترط تقديم نماذج أصلية كافية من المواد المقدمة ليصار إلى تجربتها بشكل عملي من قبل اللجنة الفنية الدارسة للعروض وسيتم الاحتفاظ بجزء من النماذج ليتم تسليمها لاحقاً إلى لجنة استلام المواد للمقارنة</p> <p>- مكتوب اسم الشركة داخل الأنبوب الملصق عليه البلاستر (الكركر)</p>
قناع	١٣٠٠٠	—	<p>٢٣ قناع أوكسجين مع الإرداذ للكبار Nebulizer Mask</p> <p>- مصنوعة من مواد غير سامة وعالية النقاوة</p> <p>- القناع مزود بملقط أنفي يناسب كل الوجوه</p> <p>- القناع مزود بحواف ناعمة تؤمن راحة المريض وتخفف من آثار الاحتكاك.</p> <p>- القناع مزود بمطاطة ذات طول وسماكة كافية تسمح بتثبيتته على وجه المريض</p> <p>- القناع متوفر بمقاسات مختلفة حسب الطول</p> <p>- القناع شفاف ومزود بفتحات جانبية ملائمة ومعقم</p> <p>- الأنبوب مقاوم بشكل كافي يسمح بتدفق الأوكسجين بانسيابية كاملة</p> <p>- الأنبوب متوفر بأطوال حسب الرغبة</p>

			<p>-حجرة الأرداد مصنوعة من مواد عالية النقاوة ولا تتفاعل مع المواد الدوائية</p> <p>-حجرة الأرداد ذات سعة كافية وشفافة - مدرجة بشكل واضح</p> <p>-القناع قابل للاستخدام ومتوافق مع أجهزة الأرداد المتوفرة</p> <p>-نخاية الأنبوب قابلة للتركيب على مصدر الأكسجين (اسطوانة منبع جداري) أو الهواء (منبع جداري)</p> <p>-يقوم المعارض بتقديم كمية مناسبة من نماذج المواد المقدمة ليصار إلى تجريبها من قبل اللجنة</p> <p>الدارسة تقوم اللجنة بالاحتفاظ بكمية مناسبة من هذه المواد لتسلم إلى لجنة استلام المواد لمقارنتها مع المواد المسلمة لاحقاً</p> <p>-يقدم المعارض شهادات الجودة المتعارف عليها عالمياً وما يثبت استخدام المواد المقدمة في مشافي سورية أو بلد المنشأ</p> <p>-أن لا تقل فعالية المواد الموردة عن ثلاث أرباع مدة فعاليتها الكاملة تبدأ من تاريخ وصولها إلى مستودعات المستشفى أصولاً .وهي ثلاث سنوات</p>
ضماذ	٢٠٠٠٠	٢٠ × ٩	<p>ضماذ جاهز مزود بنترات الفضة أو ما يعادله .</p> <p>- على المعارض تقديم كتالوجات و نماذج مدون عليها كافة المواصفات و القياسات والمعلومات الخاصة ببلد المنشأ و الشركة الصانعة و تسليم المواد وفق الكتلوكات و النماذج المرفقة.</p> <p>- أن تكون المواد المقدمة محققة لأحد المعايير العالمية و حاصلة على شهادات جودة عالمية الـ FDA أو TUV و أن يقدم المعارض هذه الوثائق مفصلة بأرقام الكودات و محتومة من وزارة الصحة ببلد المنشأ و التي تثبت بأن المواد المعروضة تستخدم ببلد المنشأ.</p> <p>- يحق للمنتجات الوطنية أن تقدم شهادات جودة ISO أو ما يعادلها.</p> <p>- أن تكون المواد المقدمة معقمة و مذكور عليها طريقة التعقيم.</p> <p>- أن تكون المواد المقدمة مغلقة بشكل جيد وكل قطعة على حدا و مذكور على الغلاف و بشكل صريح اسم المنتج و الشركة الصانعة و تاريخ انتهاء الصلاحية.</p> <p>- أن لا تقل فعالية المواد الموردة عن ثلاث أرباع مدة فعاليتها الكاملة تبدأ من تاريخ وصولها إلى مستودعات المستشفى أصولاً</p>
ضماذ	٢٠٠٠٠	٢٥ × ١٠	<p>ضماذ جاهز</p> <p>- على المعارض تقديم كتالوجات و نماذج مدون عليها كافة المواصفات و القياسات والمعلومات الخاصة ببلد المنشأ و الشركة الصانعة و تسليم المواد وفق الكتلوكات و النماذج المرفقة.</p> <p>- أن تكون المواد المقدمة محققة لأحد المعايير العالمية و حاصلة على شهادات جودة عالمية الـ FDA أو TUV و أن يقدم المعارض هذه الوثائق مفصلة بأرقام الكودات و محتومة من وزارة الصحة ببلد المنشأ و التي تثبت بأن المواد المعروضة تستخدم ببلد المنشأ.</p> <p>- يحق للمنتجات الوطنية أن تقدم شهادات جودة ISO أو ما يعادلها.</p> <p>- أن تكون المواد المقدمة معقمة و مذكور عليها طريقة التعقيم.</p> <p>- أن تكون المواد المقدمة مغلقة بشكل جيد وكل قطعة على حدا و مذكور على الغلاف و بشكل صريح اسم المنتج و الشركة الصانعة و تاريخ انتهاء الصلاحية.</p> <p>- أن لا تقل فعالية المواد الموردة عن ثلاث أرباع مدة فعاليتها الكاملة تبدأ من تاريخ وصولها إلى مستودعات المستشفى أصولاً .</p>

ملاحظة :

- يقوم العارض بتقديم كمية مناسبة من نماذج المواد المقدمة ليصار إلى تجريبها من قبل اللجنة الدارسة تقوم اللجنة بالاحتفاظ بكمية مناسبة من هذه المواد لتسلم إلى لجنة استلام المواد لمقارنتها مع المواد المسلمة لاحقاً (ولا يحق للعارضين المطالبة بالنماذج بها لاحقاً) .
- يقدم العارض شهادات الجودة المتعارف عليها عالمياً وما يثبت استخدام المواد المقدمة في مشاقي سورية أو بلد المنشأ
- أن لا تقل فعالية المواد الموردة عن ثلاث أرباع مدة فعاليتها الكاملة تبدأ من تاريخ وصولها إلى مستودعات المستشفى أصولاً .وهي ثلاث سنوات دمشق في : / / ١٤٤١ هـ و / / ٢٠٢٠ م

أمين المستودع	عضو	عضو	رئيس اللجنة
السيد أيمن المصري	السيد سام شو حكر	د. حيدر أبو تراب	د. سنان إبراهيم

المدير العام

المستشفى الأسد الجامعي بدمشق

الأستاذ الدكتور حسين المحمد

دفتـر الشـروط الخـاصـة الحـقـوقـية والمـالـية

لتـوريـد مـواد اسـتـهـلاكيـة مـشـركـة لكـافـة أقـسام المـسـتـشـفى لـزوم مـسـتـودع المـواد الطـبـيـة

يحتـاج مـسـتـشـفى الأـسـد الجـامـعي بدمشق إلى توريـد مـواد اسـتـهـلاكيـة مـشـركـة لكـافـة أقـسام المـسـتـشـفى لـزوم مـسـتـودع المـواد الطـبـيـة وفق دفتـر الشـروط التـالـيـة:

مادة: ١-التعاريف: يقصد بالعبارات التالية المعنى الوارد جانب كل منها:

- الإدارة: مستشفى الأسد الجامعي بدمشق .
- العارض: هو الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يتقدم بعرض إلى الإدارة وفقاً لأحكام هذا الدفتـر ودفتـر الشـروط الفـنيـة .
- المتعهد المرشح: هو من يرسو عليه طلب العروض بعد المقارنة الفنية والمالية والحقوقية ولم يبلغ أمر المباشرة.
- الغاية من طلب العروض: إن الغاية من التعهد هي توريـد مـواد اسـتـهـلاكيـة مـشـركـة لكـافـة أقـسام المـسـتـشـفى لـزوم مـسـتـودع المـواد الطـبـيـة ، وفقاً لدفتـر الشـروط الفـنيـة الخـاصـة المـعد لـهـذـه الغـايـة والـصـادر عـن مـسـتـشـفى الأـسـد الجـامـعي بدمشق ووفقاً للأحكام الواردة بهذا الدفتـر ووفقاً لدفتـر الشـروط العـامـة الصـادر بـالمـرسـوم رـقـم /٤٥٠/ لعام ٢٠٠٤ .

مادة: ٢- تقديم العروض:

تقدم العروض من قبل العارض ضمن ثلاث مغلفات مغلقة وتحفظ في مغلف رابع مغلق ومختوم من قبل العارض مكتوب عليه موضوع طلب العروض واسم العارض وفقاً لما يلي :

- **المغلف الأول:** يجوي:

- ١- الأوراق الثبوتية المنصوص عليها في المادة /١١/ من نظام العقود الصادر بالقانون رقم /٥١/ لعام ٢٠٠٤ .
- ٢- طلب موقع من العارض أو وكيله للاشتراك في طلب العروض لتوريد المواد والتجهيزات المطلوبة والمنوه عنها في دفتـر الشـروط الفـنيـة وملصق عليه طابع مالي بقيمة /١٥٠٠/ ل.س + طابع إعادة إعمار + طابع بحث علمي + طابع شهيد .
- ٣- تصريح من العارض بأنه اطلع على دفتـر الشـروط الخـاصـة ودفتـر الشـروط العـامـة الصـادر بـالمـرسـوم رـقـم /٤٥٠/ لعام ٢٠٠٤ وأنه يقبل بما ورد فيها من شروط وأحكام ملصق عليه طابع ب (١٠٠) ل.س .
- ٤- التأمينات الأولية .

٥- وجود وثيقة تسجيل المواد المقدمة في وزارة الصحة / مديرية التجهيزات والمستلزمات الطبية / .

- **المغلف الثاني:** يجوي العرض الفني والمواصفات الفنية والكتالوجات ويذكر بلد الصنع ولا يجوز أن يتضمن أية أسعار أو تحفظات أو شروط حقوقية أو مالية .

- **المغلف الثالث:** يجوي العرض المالي مفصلاً فيه قيمة السعر لكل مادة، ويجوز تقديم العرض بالقطع الأجنبي على أن يتم التسديد بالليرة السورية حصراً بتاريخ الاستحقاق اليوم التالي لتاريخ صدور محضر الاستلام المؤقت وفق نشرة وسطي أسعار صرف العملات الأجنبية الخاصة بالمصارف الصادرة عن مصرف سورية المركزي استناداً إلى التعاميم الصادرة عن رئاسة مجلس الوزراء بهذا الخصوص على أن تكون التوريدات ومستلزمات تنفيذ العقد مستوردة ويثبت ذلك بوثائق رسمية (شهادة جمركية أو أية وثيقة صادرة عن الجمارك خلال مدة التنفيذ تفيد صراحة بان المستوردات موضوع التعهد من الخارج ودخلت في الاستهلاك المحلي ولا يجوز أن يتضمن أي تحفظات أو شروط حقوقية أو فنية .

- يجوز أن يتضمن العرض الواحد أكثر من خيار .

مادة: ٣-مدة التنفيذ:

حددت مدة التنفيذ ب / عام ميلادي / اعتباراً من تاريخ إعطاء المتعهد أمر المباشرة بكتاب خطي صادر عن الإدارة ويتم تسليم المواد على دفعة واحدة أو دفعات وذلك خلال ثلاثون يوماً من تاريخ طلبها بموجب كتاب رسمي من قبل الإدارة .

مادة: ٤ - إتقان الصنع ودقة التنفيذ:

يجب تنفيذ جميع الأعمال بشكل ينطبق على كل ما تستوجبه الشروط والمواصفات الفنية وتعليمات الإدارة من دقة فنية وإتقان في العمل وبما يتفق مع الأصول الفنية المتعارف عليها في مثل هذه الأعمال.

مادة: ٥ - طريقة الدفع:

يتم دفع قيمة المواد المطلوبة بالعملة السورية مقابل :
أ- ضبط استلام أصولي أولي للمواد المسلمة من قبل لجنة تشكيلها الإدارة، بناءً على إعلام المتعهد للإدارة قبل موعد التسليم ويجري الاستلام بحضور المتعهد أو مندوبه (يوقع عليه الطرفان واللجنة والمتعهد) .
ب- مذكرة استلام أصولية للمواد المسلمة وفقاً للضبط .

مادة ٦ - اطلاع المتعهد :

يعتبر العارض بمجرد تقديم عرضه قد استوعب وتفهم وقبل جميع ما ورد بدفتر الشروط المالية والحقوقية هذا ودفتر الشروط الفنية دون أي تحفظ أو مخالفة ويعتبر أيضاً أنه قد اطلع وقبل بجميع ما ورد بدفتر الشروط العامة الصادر بالمرسوم رقم /٤٥٠/ لعام ٢٠٠٤ .

مادة: ٧- التأمينات:

- التأمينات الأولية: تدفع من قبل العارض حسب ترتيب البنود في دفتر الشروط الفنية كما يلي:

١/ /١٧٧٠٠٠(س.)- /٢/ /٢٧١٠٧٥(س.)- /٣/ /٢٦٢٥٠٠(س.)- /٤/ /٤٨٧٥٠(س.)- /٥/ /٣٦٠٠٠(س.)- /٦/ /٦٠٠٠٠(س.)
٧/ /٥٢٨٥(س.)- /٨/ /١٣٧٣٠٠(س.)- /٩/ /١٩١٢٥٠(س.)- /١٠/ /٢٧٤٩٥٠(س.)- /١١/ /٢٦٠٠٠(س.)- /١٢/ /١٨٦٠٠(س.)
١٣/ /٨٥٠٠٠(س.)- /١٤/ /٣١٧٥٠(س.)- /١٥/ /٢٠٤٥٠٠(س.)- /١٦/ /١١٦٧٠٠(س.)- /١٧/ /٨٧٥٢٥(س.)
١٨/ /١٨٩٠٠(س.)- /١٩/ /١٨٧٥٠(س.)- /٢٠/ /١٩١٢٥(س.)- /٢١/ /٥٠٥٠٠٠(س.)- /٢٢/ /٣٠٣٠٠٠(س.)-
٢٣/ /٢٣٧٢٥٠(س.)- /٢٤/ /٨٤٠٠٠(س.)- /٢٥/ /٨٤٠٠٠(س.) .

تقدم مع العرض بموجب شيك مصدق لأمر مستشفى الأسد الجامعي بدمشق أو بحجر لأمر مستشفى الأسد الجامعي بدمشق أو كفالة مصرفية صادرة عن المصارف المعتمدة في الجمهورية العربية السورية وفق النماذج المعتمدة لديها وعلى أن لا تقل مدتها عن مدة الارتباط الواردة في هذا الدفتر أو نقداً بموجب إيصال صادر عن **أمانة صندوق** مستشفى الأسد الجامعي بدمشق وتحفظ في المغلف الأول .

- التأمينات النهائية: تقدم من قبل المتعهد بواقع ١٠% عشرة بالمائة من قيمة العقد بموجب كفالة مصرفية أو شيك مصدق أصولاً أو نقداً بموجب إيصال صادر عن **أمانة صندوق** مستشفى الأسد الجامعي وتعاد إلى المتعهد بعد انتهاء فترة الضمان وصدور محضر استلام نهائي من الإدارة .

مادة: ٨ - مدة ارتباط العارض بعرضه :

يبقى العارض مرتبطاً بعرضه مدة / ثلاثة أشهر / من اليوم التالي لانتهاء موعد تقديم العروض ويبقى المتعهد المرشح مرتبطاً بعرضه مدة / ثلاثة أشهر / تبدأ من اليوم التالي لتاريخ تبليغ المتعهد المرشح خطياً إحالة طلب العروض عليه .

مادة: ٩- غرامات التأخير:

إذا تأخر المتعهد بتقديم المواد وفق أحكام العقد عن المدة المحددة فيه فتنفرض عليه غرامة تأخير يومية قدرها / ٠,٠٠١ / واحد بالألف من القيمة الإجمالية للعقد عن كل يوم تأخير على أن لا يتجاوز مجموع غرامات التأخير نسبة (٢٠%) عشرين بالمائة من القيمة الإجمالية للعقد ولو يلحق بالإدارة أي ضرر من جراء هذا التأخير ويحق للإدارة أن تحسب غرامات التأخير الجزئية على أساس الجزء المتأخر في تسليمه إذا تحقق الشرطان المتلازمان التاليان:

أ- أن يكون الجزء المتأخر في تسليمه مستقلاً في الاستعمال العادي عن المواد الأخرى المسلمة.

ب- أن يتم تسليم المواد الأخرى ضمن المواعيد المحددة.

مادة: ١٠- النفقات الناجمة عن التعاقد والضرائب والرسوم:

يتحمل المتعهد جميع النفقات والضرائب والرسوم والطوابع الناجمة عن التعاقد بما فيها نفقات الإعلان ورسم طابع العقد على نسختي العقد.

مادة: ١١- التنازل عن العقد والعقود الثانوية:

لا يحق للمتعهد أن يتنازل عن مجموع الأعمال موضوع التعاقد أو عن أي جزء منها ولا أن يعهد بها أو يلزمها كلها أو بعضها إلى أشخاص آخرين كمتعهدين ثانويين إلا بموافقة خطية من الإدارة وأن حصول المتعهد على مثل هذه الموافقة لا يعني بأي حال من الأحوال إلزام الإدارة بان تدخل في

أي علاقة من أي نوع كانت مع المتعهدين الثانويين كما لا يعنى المتعهد من التزاماته ومسؤولياته الفنية والإدارية والحقوقية والجزائية المفروضة عليه تجاه الإدارة بموجب أحكام هذا العقد.

مادة: ١٢-المسؤولية تجاه الغير:

يتحمل المتعهد مسؤولية جميع الأضرار الناجمة للغير من جراء تنفيذ أعمال التعهد ويلتزم بالتعويض عن هذه الأضرار وفقاً للقوانين والأنظمة النافذة في الجمهورية العربية السورية وللإدارة حق الرجوع عليه في كل ما يصيبها من التزامات من جراء ذلك بطريق التقاص أو بأي طريق آخر.

المادة: ١٣- تعديل العقد:

يحق للإدارة زيادة الكميات المتعاقد عليها أو إنقاصها خلال مدة تنفيذ العقد بنسبة لا تتجاوز (٣٠%) لكل بند أو مادة من التعهد على حده وذلك بنفس الشروط والأسعار الواردة في العقد دون حاجة إلى عقد جديد على أن لا تتجاوز قيمة مجموع الزيادة أو النقص (٢٥%) من القيمة الإجمالية للعقد ويعطى المتعهد في حال الزيادة مدة إضافية تتناسب مع طبيعة ومقدار هذه الزيادة وذلك من أجل هذه الزيادة فقط .

مادة ١٤-فعالية المواد الموردة :

يجب أن لا تقل فعالية المواد الموردة عن ثلاث أرباع مدة فعاليتها الكاملة تبدأ من تاريخ وصولها إلى مستودعات المستشفى أصولاً .

مادة: ١٥-الضمان:

آ-يضمن المتعهد جميع المواد المتعاقد عليها لمدة عام أو انتهاء الكمية أيهما أقرب اعتباراً من تاريخ صدور محضر الاستلام المؤقت ويكون ملزم خلال تلك الفترة بتبديل أي مادة من المواد التي يثبت عدم صلاحيتها أو سوء صنعها وفق ما ورد أعلاه .

ب-تخضع المواد المبدلة لفترة ضمان جديدة معادلة لفترة الضمان الأصلية.

ج-إذا ظهر بعد انتهاء فترة الضمان المشار إليها في الفقرة /آ/ من هذه المادة عيب تعمد المتعهد إخفاءه يبقى الضمان سارياً لمدة جديدة تساوي المدة الأصلية اعتباراً من تاريخ ظهور العيب أو العلم به .

مادة: ١٦-حل الخلافات:

تحل جميع الخلافات التي تنشأ بين الإدارة والمتعهد بالطرق الودية وإذا لم يتوصل إلى اتفاق ودي لحلها فيتم حلها عن طريق القضاء الإداري في مجلس الدولة وفقاً للقوانين والأنظمة النافذة في الجمهورية العربية السورية .

مادة: ١٧-المواطن المختار:

يلتزم المتعهد بتحديد موطناً مختاراً له في مدينة دمشق ويعتبر الموطن المذكور ملزماً للمتعهد، ولو انتقل منه إلى غيره ما لم يبلغ الإدارة خطياً عن موطنه المختار الجديد في البلدة نفسها.

مادة: ١٨-الأعدار:

يعتبر المتعهد مسؤولاً عن جميع التزاماته وغرامات التأخير المترتبة عليه فور حلول الآجال المحددة لها دونما حاجة لأي إنذار أو أعدار من قبل الإدارة.

مادة: ١٩-المواد المطلوبة قابلة للجزئية:

مادة: ٢٠-شراء اضبارة طلب العروض:

يمكن للعارض شراء اضبارة طلب العروض - دفتر الشروط الخاص الحقوقي والمالي ودفتر الشروط والمواصفات الفنية من ديوان الإدارة لقاء مبلغ / ل.س

دمشق في: / / ١٤٤١ هـ و / / ٢٠٢٠ م

محاسب الإدارة

جورج عيسى

الاستشاري القانوني

أ. هائل الناصر

رئيسة دائرة العقود

رام سليمان

المدير العام

لمستشفى الأسد الجامعي بدمشق

الأستاذ الدكتور حسين المحمد